ナースコールシステム特記仕様書

≪施設情報≫

介護老人保健施設ケアセンター八潮

埼玉県八潮市鶴ヶ曽根１１８４－４

対象フロア：２階フロア

納入期限（工期）：令和９年１月２２日

≪一般事項≫

ナースコールシステムの詳細については、仕様書に基づいて入念にかつ誠実に施工すること。

仕様書の誤記・記載漏れ、その他不明なことに起因すること、問題点・質疑については、その都度施主と協議すること。請負者の判断で行った事項に関して担当者から指摘を受けた場合、速やかに現状復旧すること。

１．システム概要

① ナースコール設備と離床センサーとが接続されることにより、介護効率を高め、より迅速な介護管理支援を実現できるものとする。

② ナースコール設備と介護支援システムを連動することによる介護支援を実現できるものとする。

③ ナースコール設備の方式はＩＰ幹線方式とする。ＩＰ幹線により障害が発生した時点で親機に警報が出せるものとする。

２．ナースコール機能

① 一斉放送、選局一斉、チーム別、選局呼出など状況に応じた放送を行なえるものとする。

② 液晶画面は７型とし利用者名・呼出種別、部屋番号、ベッド番号が表示され、表示灯との併用で視認性の高いものとする。またタッチパネルで液晶画面を操作できるものとする。

③ ベッド毎に音量調節ができるものとする。

④ ナースコール親機での着信履歴は１００件以上とする。

⑤ ナースコール親機での着信音は２４種以上とする。

⑥ 夜勤設定時は呼出時に、呼出音量、通話音量を自動的に下げることができるものとする。

⑦ 親機には物品管理機能を有し、タッチパネル画面上で使用状況や台数の確認ができるものとする。

⑧ 利用者ごとや呼出種別ごとに呼出音を変えることができるものとする。

⑨ 履歴情報として、ナースコール応答端末や応答時間の表示ができるものとする。

⑩ 見守りカメラの接続がサーバーレスで構築できるシステムとする。

３．居室子機機能

① ハンド型子機で呼出・通話ができるものとする。握り押ボタンを差込できるものであり、夜間は子機に常夜灯をつける設定ができるものとする。

② 特殊呼出スイッチが自由に付け替えることができるものとする。

③　子機の接続部をＩピン方式とし、どの子機でも簡単に差込ができる形状とする。

４．機器構成

■ナースコール設備

機器等	機器等明細	数量
ナースコール親機	ボード型親機ユニット（７型モニタ付）	Ｉ台
	２０局用選局ユニット	４台
	電源アダプター	Ｉ台
制御装置	制御装置	Ｉ台
	プログラム作成費	Ｉ式
Ｌ２スイッチ	ＰｏＥ対応Ｌ２スイッチ（２４ポート）	２台
ＵＰＳ	ＵＰＳ	２台
アダプター	液晶表示灯	I7 台
	アダプター（共用部用）	I I 台
	露出ボックス	28 台
ベッド子機類	コンセント（２連用）	50 台
	オプション入力コード	50 台
	呼出握り押ボタン	50 台
	ハンド型子機	50 台
	中継コード	50 台

共用部	トイレ・浴室用押しボタン（ひも付き）	27 台
	角型表示灯	11 台
	ブザー	2 台
	復旧ボタン	11 台
工事費	機器取付工事費（配線工事含む）	1 式

本仕様書に記載する寸法・機能・機器構成等は標準的な目安を示したものであり、同等以上の性能を有する製品（同等品）による応札も認める。なお、同等品で応札する場合は、事前に施設担当者の確認を受けること。